

Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne oferowanego sprzętu**Defibrylator AED – 6 szt.**

Producent/firma- podać:

Model- podać:

Lp.	Minimalne wymagane parametry techniczne	Parametry oferowanego urządzenia
1.	Fabrycznie nowy automatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci wyprodukowany w 2025 roku.	
2.	Materiał wykonania obudowy: ABS albo inne równoważne tworzywo wysokoudarowe zapewniające odporność na upadek z wysokości min. 1 m.	
3.	Defibrylator wyposażony w wymienną baterię, pojemność baterii zapewniająca min. 200 wyładowań.	
4.	Bateria lub oddzielne baterie umożliwiające pracę w trybie dla dorosłych i dla dzieci.	
5.	Trwałość baterii: minimum 4 lata w trybie czuwania.	
6.	Defibrylator automatycznie dostosowuje poziom energii defibrylacji do pacjenta lub wyposażony jest w elektrody uniwersalne i dzięki przełącznikowi (przycisk pediatryczny) lub wyposażony jest w klucz pediatryczny zmieniający tryb pracy na pediatryczny, redukując min. energię defibrylacji.	

7.	Defibrylator wyposażony w system analizy pacjenta; automatyczna analiza rytmu serca i samodzielne podejmowanie decyzji o konieczności defibrylacji,	
8.	Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim, od chwili uruchomienia informuje o wszystkich podstawowych czynnościach, które należy wykonać przy poszkodowanym dzięki jasnym poleceniom głosowym i wizualnym w języku polskim przeprowadzając osobę ratującą przez cały proces resuscytacji. Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe i wizualne na bieżąco przypomina o wszystkich koniecznych do wykonania czynnościach ratowniczych i o właściwej ich kolejności jak również o: a) niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku, b) gotowości urządzenia do pracy, c) technicznej sprawności urządzenia.	
9.	Wymagania dot. pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: a) Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), b) Czas ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacji w czasie nie dłuższym niż 12 sekund, c) Możliwość zapisu zdarzeń (pracy) defibrylatora, d) Automatyczne testy sprawności urządzenia przeprowadzane w cyklu co najmniej raz w tygodniu.	
10.	Wymagania bezpieczeństwa: a) certyfikat zgodności z normą PN-EN 60601 lub normą równoważną, b) stopień ochrony - certyfikat zgodności z normą PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55, c) Temperatura robocza defibrylatora minimum w zakresie 0-40 st. C. (tj. Zamawiający dopuszcza również defibrylator pracujący w temperaturze roboczej poniżej 0 st. C jak	

	i powyżej 40 st. C, jeżeli jednocześnie obejmuje on zakres temperatury roboczej 0-40 st. C),	
11.	Waga urządzenia (wraz z baterią): max. 3,2 kg	
12.	<u>WYPOSAŻENIE DODATKOWE:</u> 1. Zestaw ratunkowy: zawierający nożyczki, gólarke, maseczkę do resuscytacji, rękawiczki jednorazowe i gaziki odkażające 2. Torba transportowa 3. Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim. 4. Dodatkowy moduł (lub moduły – jeżeli są różne dla dzieci i dorosłych) baterii	
13.	Wymagania dodatkowe Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą dokumentacji technicznej defibrylatorów potwierdzającej spełnienie wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Gwarancja 8 lat bez konieczności przeprowadzania dodatkowych przeglądów technicznych	
14.	Oddzielnie dla każdej z dostarczanych sztuk defibrylatora: Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora	