

Aleksandrów Kujawski, dnia 12 listopada 2025r.

RI.Rz.2720.1.7.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r.poz.1320 ze zm.) pod nazwą: „**Zakup i dostawa sprzętu do doposażenia bazy magazynowej i ewakuacji ludności oraz zapewnienia ciągłości dostaw w powiecie aleksandrowskim w ramach krajowego "Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025 – 2026"** z podziałem na 6 części.

Ogłoszenie nr 2025/BZP 00514507/01 z dnia 2025-11-04

ID postępowania: ocds-148610-20ccdef8-be64-4f5c-aa06-e970e8211fad

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej także „pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ppz, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 9 listopada 2025 roku Wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

Pytanie 1:

1.Czy wyrażą Państwo zgodę na dostawę defibrylatora o następującej specyfikacji:

- Dostarczany z 3 zaprogramowanymi językami
- Funkcja wykrywania rozrusznika serca • Lekki , poniżej 2 kg z baterią • Elektrody z okresem trwałości 2 lat od daty produkcji
- Bateria z okresem trwałości : 5 lat od daty instalacji • Dostępny w wersji półautomatycznej oraz w pełni automatycznej
- Klasa IP 55
- Łatwe przełączanie trybu dorosły/dziecko za pomocą przycisku • Aktualny z najnowszymi wytycznymi ERC
- Czytelny wyświetlacz wskazujący: stan baterii, stan elektrod
- Elektrody uniwersalne dla dzieci oraz dorosłych • Auto testy : dzienne, tygodniowe, miesięczne
- Akcja zapisuje się na karcie SD
- Wewnętrzna karta SD , Komunikacja IR SPECYFIKACJA : Ogólne
- Wymiary : 200 x 286,5x 90 mm • Waga : ok. 1,95 kg wliczając baterię (bez elektrod) • Dorosły : 170 - 195 J ± 5%
- Dziecko : 44 - 51 J ± 5% EKG • Odprowadzenie : II (RA,LL)

- Zakres impedancji : 25 - 200 ohm Wyświetlacz
- Przyciski kontrolne : Przycisk włączania/wyłączania,
- Przycisk defibrylacji, przycisk wyboru defibrylacji dorosły/dziecko, wybór Języka
- Wskaźniki wizualne : Status AED, Status baterii, Status elektrod, Status temperatury , LED
- Wskaźniki dźwiękowe: Komendy głosowe, Komendy CPR, Krytyczny stan baterii, błędny auto-test urządzenia, alarm nieprawidłowej pracy urządzenia Autotesty
- Cykle : dzienny, tygodniowy, miesięczny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w załączniku nr 1f do SWZ– opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne.

Pytanie 2

Proszę o określenie składu wyposażenia torby R1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający określa wyposażenie torby R1-

Lp.	Nazwa	Ilość
1.	Rurki ustno - gardłowe w różnych rozmiarach	min. 6
2.	Worek samorozprężalny (silikonowy) dla dorosłych wraz z maską (silikonową) w rozmiarze 4 lub 5	min. 1
3.	Worek samorozprężalny (silikonowy) dla dzieci wraz z maską (silikonową) w rozmiarze 2 lub 3	min. 1
4.	Filtr antybakteryjny do worka samorozprężalnego	min. 1
5.	Kołnierz ratowniczy dla dorosłych	min. 1
6.	Kołnierz ratowniczy dla dzieci	min. 1
7.	Szyna usztywniająca typu SPLINT	min. 1
8.	Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży	min. 2
9.	Kompresy z gazy jałowej w różnych rozmiarach	min. 10
10.	Gaza opatrunkowa jałowa w różnych rozmiarach	min. 5
11.	Bandaż podtrzymujący niejałowy 10cm x4 m	min. 1
12.	Chusta trójkątna bawełniana lub tekstylna	min. 3
13.	Elastyczna siatka opatrunkowa w różnych rozmiarach	min. 5
14.	Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia	min. 2
15.	Przylepiec tkaninowy	min. 2
16.	Opatrunek wentylowy z zastawką	min.1
17.	Staza taktyczna	min. 1
18.	Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm	min.1

19.	Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm	min. 1
20.	Płyn do dezynfekcji 250 ml	min. 1
21.	Nożyczki ratownicze	min. 1
22.	Płachta foliowa na zwłoki	min. 3
23.	Worki na odpady medyczne w kolorze czerwonym	min. 2
24.	Młotek awaryjny do wybijania szyb :z nożem do cięcia pasów lub nóż do cięcia pasów	min. 1
25.	Rękawiczki nitrylowe	min.10

i zmienia treść załącznik nr 1 f do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

Zmieniony załącznik Nr 1f do SWZ- opis przedmiotu zamówienia- wymagania minimalne

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

Do zamieszczenia:

1.Strona internetowa prowadzonego zamówienia

2.a/a/